

Clearblue®

Test di gravidanza

Rilevazione Precoce

- Accuratezza superiore al 99% dal giorno in cui sono previste le mestruazioni.
- **Leggi attentamente questo foglietto illustrativo prima dell'esecuzione del test.**

1 Quando eseguire il test

Cappuccio Punta che cambia colore



- Eseguire il test fino a 6 giorni prima dell'eventuale ritardo delle mestruazioni, cioè 5 giorni prima del giorno previsto per le mestruazioni.
- Se esegui il test prima del giorno previsto per le mestruazioni, usa la prima urina del giorno. Altrimenti puoi eseguire il test a qualsiasi ora del giorno.
- Non bere grandi quantità di liquidi prima di eseguire il test.

2 Esegui il test

A



FLUSSO DI URINA

Devi continuare a tenere la punta che cambia colore nel flusso di urina per 5 secondi interi.

- Rimuovi l'involucro di alluminio e togli il cappuccio. **Utilizza subito lo stick di test.**

Scegli il metodo di test

- **IMPORTANTE: La punta che cambia colore diventa immediatamente rosa per mostrare che l'urina viene assorbita.**

A Continua a tenere la punta che cambia colore nel flusso di urina per 5 secondi interi.

OPPURE

B Immergi completamente per 20 secondi interi solo la punta in un campione di urina raccolto in un contenitore pulito e asciutto.

- Se la punta che cambia colore non diventa completamente rosa, vedi domanda 7.
- Rimetti il cappuccio e appoggia lo stick di test in piano.
- Inizia a contare il tempo.

B



CAMPIONE RACCOLTO

Inizia a contare 20 secondi non appena la punta che cambia colore diventa rosa.

Immergi completamente solo la punta

3
minuti

ATTENDI 3 MINUTI INTERI

Prima di leggere il risultato

3 Leggi il risultato



- Può apparire rapidamente una linea nella finestra di controllo, ma **DEVI** attendere 3 minuti prima di leggere il risultato. Se nella finestra di controllo non appare una linea blu, il test non ha funzionato (vedi domanda 8).

NON INCINTA



Immagine A

SE VEDI DUE LINEE SEI INCINTA



Immagine B



Immagine C



Immagine D

NON IMPORTA SE LE LINEE SONO SBIADITE O SCURE.

- Se il tuo risultato è **'Non Incinta'**, vedi domanda 4.
- Se il risultato è **'Incinta'**, vedi domanda 3.
- Se sei ancora incerta del risultato, vedi domanda 9.

IMPORTANTE! Leggi il risultato entro **10 minuti** dall'esecuzione del test. Ignora tutti i cambiamenti del risultato che si sono verificati successivamente.

1 Come funziona Clearblue?

Quando sei incinta, il tuo corpo produce l'ormone della gravidanza hCG (Gonadotropina Corionica umana). Questo test può rilevare quantità minime di hCG presenti nell'urina (la sensibilità di questo test è di 10 mIU/ml).

2 Quando posso eseguire il test con Clearblue Rilevazione Precoce?

Puoi eseguire il test fino a 6 giorni prima del ritardo delle mestruazioni, cioè 5 giorni prima del giorno previsto per le mestruazioni. Se esegui il test prima del momento in cui sono previste le mestruazioni e ottieni un risultato 'Non Incinta', c'è ancora una possibilità che tu sia incinta. Fai riferimento alla tabella che segue per i risultati dei test di laboratorio con campioni raccolti nelle prime fasi della gravidanza.

Test precoce	
Numero di giorni prima del giorno previsto delle mestruazioni	% di campioni da donne incinte che hanno fornito il risultato incinta
0	>99%
1	>99%
2	>99%
3	>99%
4	96%
5	79%

3 Il test dice 'Incinta'. Che cosa devo fare?

Dovresti consultare il tuo medico per informazioni su ciò che devi fare successivamente.

4 Il test dice 'Non Incinta', ma penso ancora che potrei esserlo. Che cosa devo fare?

Potresti non essere incinta, oppure il livello di hCG potrebbe non essere abbastanza alto da poter essere rilevato, o potresti aver calcolato male il giorno previsto per le mestruazioni. Se hai eseguito il test troppo presto, esegui nuovamente il test nel giorno previsto per il ciclo. Se il giorno in cui erano previste le mestruazioni è già trascorso, ripeti il test dopo 3 giorni. Se questo test produce ancora un risultato 'Non Incinta' e le mestruazioni non sono ancora arrivate, consulta il tuo medico.

5 Il test ha precedentemente segnalato 'Incinta', ma ripetendo il test ho ottenuto il risultato 'Non Incinta', oppure ho avuto le mestruazioni. Che cosa significa?

Anche se il test ha un'accuratezza superiore al 99% nel rilevare l'ormone della gravidanza dal giorno previsto per il ciclo, è possibile che restituisca un risultato "incinta" per poi scoprire che non lo sei (ad esempio, potresti ottenere un risultato "Non Incinta" o potremmo iniziare le mestruazioni). Questo potrebbe essere dovuto a un'interruzione naturale nelle prime fasi della gravidanza, nota come "interruzione precoce della gravidanza", purtroppo non infrequente, in quanto 1 gravidanza su 4 va incontro a un'interruzione precoce. In caso di risultati imprevisti, chiedi consiglio al tuo medico.

6 Vi sono farmaci o condizioni di salute che possono influire sul risultato?

Prima di eseguire un test, leggi sempre le istruzioni del produttore di qualsiasi farmaco che stai assumendo.

I farmaci che contengono hCG possono influire sul risultato. Una gravidanza ectopica o una gravidanza recente, anche se non portata a termine, può causare risultati ingannevoli. Se sei in menopausa o ti stai avvicinando a essa, potresti ottenere un falso risultato 'Incinta' anche se non lo sei. Il test non dovrebbe essere influenzato da terapie ormonali contenenti citrato di clomifene, antidolorifici, alcol, antibiotici o pillola anticoncezionale. Se ottieni risultati imprevisti, parlane con il tuo medico.

7 Quando ho utilizzato il test, la punta che cambia colore non è diventata completamente rosa. Che cosa devo fare?

Potresti non avere applicato abbastanza urina; tuttavia, se nella finestra di controllo appare la linea blu entro 10 minuti dall'esecuzione del test, il test ha funzionato. Se entro 10 minuti dall'inizio del test non appare alcuna linea blu nella finestra di controllo, leggi la domanda 8.

8 Ho effettuato il test ma non è apparsa alcuna linea blu nella finestra di controllo. Che cosa devo fare?

Se sono trascorsi più di 10 minuti dal momento in cui hai iniziato il test, il test non ha funzionato. La causa potrebbe essere una delle seguenti:

- La punta che cambia colore non è stata rivolta verso il basso, oppure lo stick (di test) non era stato appoggiato in piano dopo l'applicazione dell'urina.
- È stata utilizzata troppa o troppo poca urina.

Ripeti il test usando un nuovo stick di test e seguendo le istruzioni con attenzione. Puoi anche raccogliere un campione di urina ed eseguire il test utilizzando il metodo sul 'campione raccolto'.

9 Che cosa devo fare se ho dei dubbi sul risultato?

Fai riferimento alle immagini della sezione 'Leggi il risultato'.

Immagine A

Il risultato è 'Non Incinta'. Se pensi comunque di essere incinta, vedi domanda 4.

Immagine B-D

Il tuo risultato è 'Incinta'. L'aspetto della linea nella finestra del risultato può variare, ma è comunque un risultato 'Incinta', non importa se è debole o scuro.

Immagine B: Questo risultato è più probabile quando esegui il test prima del giorno previsto per le mestruazioni, quando il livello di hCG potrebbe essere relativamente basso.

Immagine C: Questo è un risultato tipico quando esegui il test nel giorno in cui sono previste le mestruazioni o nei giorni adiacenti.

Immagine D: Questo è più probabile che avvenga se esegui il test svariati giorni dopo il giorno previsto per le mestruazioni, in quanto il livello di hCG è più alto.

Se hai ancora qualche dubbio sul risultato, dovresti aspettare almeno 3 giorni prima di eseguire nuovamente il test, seguendo con cura le istruzioni.

www.clearblue.com

Gli operatori sono disponibili dal Lun-Ven ore 08:00-16:00, festivi esclusi. **800 931 557** Gratuito da rete fissa, da rete mobile possibili addebiti. Tutte le chiamate vengono registrate e potrebbero essere monitorate al fine di Controllo della Qualità. Vi preghiamo di essere pronti a citare il numero di lotto. Esclusivamente per assistenza tecnica.

Per le fasi successive, informazioni e consigli generali sulle problematiche della gravidanza, visita il nostro sito web all'indirizzo: www.clearblue.com

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera.
Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD.
© 2017 SPD. Tutti i diritti riservati.

2300476.01 05-2017

Per test eseguiti a casa in modo autonomo.
Solo per uso diagnostico *in vitro*.

Non per uso interno.

Non riutilizzare.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Conservare a 2 °C - 30 °C.

Se conservato in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente per 30 minuti prima di eseguire il test.

Non utilizzare se l'involucro di alluminio è danneggiato.

Non usare dopo la data di scadenza.

Smaltire insieme ai normali rifiuti domestici.



	Produttore		Non riutilizzare
	Codice lotto		Dispositivo medico diagnostico per esami <i>in vitro</i>
	Data di scadenza		Limiti di temperatura 2 °C - 30 °C