

## Test di gravidanza

Facile e Veloce

- Accuratezza superiore al 99% dal giorno in cui sono previste le mestruazioni.
- **Leggi attentamente questo foglietto illustrativo prima dell'esecuzione del test.**

### 1 Esegui il test

Se esegui il test dal giorno previsto per le mestruazioni, puoi eseguire il test a qualsiasi ora del giorno. Se esegui il test prima del giorno in cui sono previste le mestruazioni, usa la prima urina del giorno. Non bere grandi quantità di liquidi prima di eseguire il test.

- Quando sei pronta a eseguire il test, estrai lo stick di test dall'involucro di alluminio e rimuovi il cappuccio blu. Utilizza subito lo stick di test.



#### Test nel flusso di urina

Puoi eseguire il test direttamente nel flusso di urina, oppure in un campione di urina raccolto in un contenitore pulito e asciutto.

- Tieni la punta che cambia colore rivolta verso il basso nel flusso di urina, oppure nel campione di urina raccolto, come mostrato, **per soli 5 secondi**.
- La punta che cambia colore diventa rapidamente rosa per mostrare che l'urina viene assorbita. **Devi continuare a tenere la punta che cambia colore nell'urina per 5 secondi interi.**
- Tieni la punta che cambia colore rivolta verso il basso o appoggia lo stick di test su una superficie piana finché non appare la linea nella finestra di controllo.

Se lo desideri, puoi rimettere il cappuccio.

Se la punta che cambia colore non è diventata completamente rosa, vedi domanda 5.



### 2 Attendi 2 minuti

- Una linea blu nella finestra di controllo indica che il test ha funzionato.
- Puoi leggere il risultato dopo **2 minuti**.
- **Non leggere il risultato fino a quando non appare la linea blu.**
- Se nella finestra di controllo non appare alcuna linea blu entro **10 minuti**, il test non ha funzionato (vedi domanda 6).



### 3 Leggi il risultato

Ora puoi leggere il risultato nella finestra del risultato.



Se il risultato è 'Incinta' vedi domanda 9.

Se il risultato è 'Non Incinta' vedi domanda 10.

**Non importa se una delle linee che formano il simbolo '+' è più chiara o più scura dell'altra; il risultato è 'Incinta':**



Se hai ancora qualche dubbio sul risultato, vedi domanda 7.

**IMPORTANTE!** Leggi il risultato entro **2-10 minuti** dall'esecuzione del test. Ignora tutti i cambiamenti del risultato che si sono verificati successivamente.



## Domande e risposte

- 1 Qual è l'accuratezza di Clearblue?**  
Questo test ha un'accuratezza superiore al 99% nei test di laboratorio, quando viene usato dal giorno in cui sono previste le mestruazioni.
- 2 Come funziona Clearblue?**  
Quando sei incinta, il tuo corpo produce l'ormone della gravidanza hCG (Gonadotropina Corionica umana). La quantità di hCG nel tuo corpo aumenta nelle fasi iniziali della gravidanza. Questo test può rilevare quantità minime di questo ormone presenti nell'urina dal giorno in cui è previsto l'arrivo delle mestruazioni (la sensibilità di questo test è di 25 mIU/ml).
- 3 Quando posso eseguire il test con Clearblue Facile e Veloce?**  
Puoi eseguire il test fino a 5 giorni prima dell'eventuale ritardo delle mestruazioni, cioè 4 giorni prima del giorno previsto per l'arrivo del ciclo. Se esegui il test prima del giorno in cui è previsto il ciclo e ottieni un risultato 'Non Incinta', c'è ancora una possibilità che tu sia incinta. Fai riferimento alla tabella che segue per i risultati dei test clinici con campioni raccolti nelle prime fasi della gravidanza.

Test precoce	
Numero di giorni prima del giorno previsto delle mestruazioni	% di campioni da donne incinte che hanno fornito il risultato 'Incinta'
-1	87%
-2	84%
-3	74%
-4	53%

Per calcolare quando sono previste le mestruazioni, calcola la lunghezza normale del tuo ciclo mestruale contando il numero di giorni dal primo giorno del ciclo fino al giorno prima dell'inizio del ciclo successivo.

- Se i tuoi cicli sono irregolari, prima di eseguire il test dovresti lasciar trascorrere un tempo pari al ciclo mestruale più lungo degli ultimi mesi.
  - Se è il risultato è 'Non Incinta' ma sospetti comunque una gravidanza, vedi domanda 10.
- 4 Vi sono farmaci o condizioni mediche che possono influire sul risultato?**
- Prima di eseguire un test, leggi sempre le istruzioni del produttore di qualsiasi farmaco che stai assumendo.
  - I farmaci per la fertilità contenenti hCG possono produrre risultati ingannevoli (i farmaci per la fertilità vengono solitamente somministrati per iniezione e un test troppo vicino alla somministrazione può produrre un falso risultato 'Incinta').
  - Altre terapie per l'infertilità (come il citrato di clomifene), antidiuretici e contraccettivi ormonali (come la pillola anticoncezionale) non dovrebbero influire sul risultato.
  - Se hai smesso recentemente di usare la contraccizione ormonale o hai in corso terapie per l'infertilità, ad esempio con citrato di clomifene, i tuoi cicli potrebbero essere irregolari e indurre a un'esecuzione anticipata del test.
  - Se di recente sei stata incinta (anche se non hai portato a termine la gravidanza) potresti ottenere un falso risultato 'Incinta'.
  - La gravidanza ectopica, le cisti ovariche, la menopausa e alcune condizioni mediche estremamente rare potrebbero produrre risultati ingannevoli.
  - Se ottieni il risultato 'Incinta', è possibile che in seguito riscontrai di non essere incinta a causa di un'interruzione naturale della gravidanza che si è verificata durante le prime fasi.
- Se ottieni risultati imprevisti, dovresti parlarne con il tuo medico.

- 5 Ho utilizzato il test ma la punta che cambia colore non è diventata completamente rosa. Che cosa devo fare?**

Se la punta che cambia colore non è diventata completamente rosa, l'urina utilizzata potrebbe essere stata insufficiente. Tuttavia, se nella finestra di controllo appare la linea blu entro 10 minuti dall'esecuzione del test, il test ha funzionato. Se entro 10 minuti dall'inizio del test non appare alcuna linea blu nella finestra di controllo, vedi domanda 6.

- 6 Ho effettuato il test ma non è apparsa alcuna linea blu nella finestra di controllo. Che cosa devo fare?**

Se non è presente alcuna linea blu nella finestra di controllo entro 10 minuti dall'esecuzione del test, il test non ha funzionato. La causa potrebbe essere una delle seguenti:

- La punta che cambia colore non è stata rivolta verso il basso, oppure lo stick (di test) non era stato appoggiato in piano dopo l'applicazione dell'urina.
  - È stata utilizzata troppa o troppa poca urina.
- Il campionamento deve durare 5 secondi.**

Devi rieseguire il test, usando un nuovo stick di test e seguendo le istruzioni con attenzione. Puoi anche raccogliere un campione di urina in un contenitore asciutto e pulito e immergervi per 5 secondi la punta che cambia colore.

- 7 Che cosa devo fare se ho dei dubbi sul risultato?**

Perché il tuo risultato sia 'Incinta', entro 10 minuti dall'esecuzione del test devono esserci una linea blu nella finestra di controllo e un simbolo '+' nella finestra del risultato.

L'aspetto del simbolo '+' nella finestra del risultato può variare, ma le linee che compongono il simbolo '+' e la linea nella finestra di controllo devono avere larghezze simili (vedere le immagini A-C).

### Immagine A

Questo risultato è più probabile se sei incinta ed esegui il test svariati giorni dopo il giorno previsto per le mestruazioni, in quanto il livello di hCG è più alto.

### Immagine B

Questo risultato non è insolito se sei incinta ed esegui il test nel giorno previsto per le mestruazioni o nei giorni vicini a esso, in quanto il livello di hCG è ancora relativamente basso.

### Immagine C

Questo indica comunque il risultato 'Incinta'. Se hai ancora qualche dubbio sul risultato, dovresti aspettare almeno 3 giorni prima di eseguire nuovamente il test, seguendo con cura le istruzioni.

Perché il tuo risultato sia 'Non Incinta', entro 10 minuti dall'esecuzione del test devono esserci una linea blu nella finestra di controllo e un simbolo '-' nella finestra del risultato.

Se è il risultato è 'Non Incinta' ma sospetti comunque una gravidanza, vedi domanda 10.

- 8 Qual è la durata del risultato?**

Il risultato può essere letto in qualsiasi momento, fino a 10 minuti dopo avere eseguito il test. Dopo 10 minuti, qualsiasi cambiamento nel risultato deve essere ignorato.

- 9 Il test dice 'Incinta'. Che cosa devo fare?**

Se il test dice che sei incinta, dovresti consultare il tuo medico per informazioni su ciò che devi fare.

- 10 Il test dice 'Non Incinta'. Che cosa devo fare?**

Potresti non essere incinta, oppure il livello di ormone della gravidanza potrebbe non essere ancora abbastanza alto da poter essere rilevato, o potresti aver calcolato male il giorno previsto per le mestruazioni. Se il giorno in cui erano previste le mestruazioni è già trascorso e sospetti comunque di essere incinta, ripeti il test dopo 3 giorni. Se questo test produce ancora un risultato 'Non Incinta' e le mestruazioni non sono ancora arrivate, consulta il tuo medico.

**www.clearblue.com**  
Gli operatori sono disponibili dal Lun-Ven ore 08:00-16:00, festivi esclusi.  
**800 931 557**  
Gratuito da rete fissa, da rete mobile possibili addebiti. Tutte le chiamate vengono registrate e potrebbero essere monitorate al fine di Controllo della Qualità. Vi preghiamo di essere pronti a citare il numero di lotto. Esclusivamente per assistenza tecnica.

Per test eseguiti a casa in modo autonomo.

Solo per uso diagnostico *in vitro*.

Non per uso interno.

Non riutilizzare.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Conservare a 2 °C - 30 °C.

Se conservato in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente per 30 minuti prima di eseguire il test.

Non utilizzare se l'involucro di alluminio è danneggiato.

Non usare dopo la data di scadenza.

Smaltire insieme ai normali rifiuti domestici.

	Produttore		Non riutilizzare
	Codice lotto		Dispositivo medico diagnostico per esami <i>in vitro</i>
	Data di scadenza		Limiti di temperatura 2 °C - 30 °C



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),  
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera.  
Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD.

© 2017 SPD. Tutti i diritti riservati.

2300478.01 05-2017



0843